


三、采购需求

(一) 采购内容及其数量

序号	采购内容	是否核心产品	数量	单位	所属行业	备注
1	AED 除颤器	是	11	台	工业	

(二) 技术和参数要求

序号	名称	数量	单位	参数	图片
1	AED 除颤器	11	台	<p>(1) 设备每天自检, 设备状态指示灯绿灯正常, 红灯故障, 方便管理、电极片有效期查看窗;</p> <p>(2) 开盖开机、预连接电极片、成人\儿童模式一键切换、支持中英双语、音量和屏幕亮度自动调节;</p> <p>(3) 7英寸彩色大屏, 清晰动画指导, 屏幕亮度自动调节;</p> <p>(4) 智能急救导航技术, 实时评估施救者熟练程度, 智能调整动画和语音提示, 为不熟练的事就人员提供更详细的操作;</p> <p>(5) 除颤放电时间短: 开机 2S, 分析 5S, 智能预充电, 从开机到除颤只需 7S;</p> <p>(6) 360J 最大除颤能量, 适用于更多人群, 给生命多一次机会;</p> <p>(7) IP55 防尘防水等级, 1.5 米六面抗跌落;</p> <p>(8) 长寿命耗材, 有效降低成本。电极片寿命 5 年, 电池寿命 5 年</p> <p>(9) 设备屏幕支持显示 ECG 波形。</p> <p>(10) 大容量电池, 可以支持 ≥ 350 次 200J 放电或 ≥ 200 次 360J 放电</p> <p>(11) 可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据 (须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素)、录音数据等</p>	

(三) 商务要求

1. 交货时间及地点

(1) 交货时间: 合同签订后 10 天内完成。

(2) 交货地点: 采购人指定地点。

2. 报价要求

此项目报价应是最终验收合格后的总价, 其总价即为履行合同

的固定价格。包括相关内容运输、安装、检验、相关税金等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中。

3. 售后服务要求：

3.1 供应商需在质保期内提供免费维护管理服务。

3.2 供应商需为采购人免费提供产品安装及培训服务。

3.3 产品质量售后：产品使用时，出现质量问题，采购人做好记录并通知供应商，供应商应在 1 小时内响应，4 小时内到场，24 小时内解决问题。

4. 交货服务要求：

4.1 供应商须提供全新的货物，产品必须完好无损，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

4.2 每套设备配置要求：AED 主机、一次性不可充电电池、一次性电极片、用户手册、产品说明书。

4.3 供应商应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

5. 包装及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

6.付款方式：

签订合同后5个工作日内预付合同总价款的40%，交货完成并验收通过后5个工作日内支付合同总价款余下的60%。

7.质保期3年，自验收合格之日计算。

8.其余事项以合同约定为准。

四、验收要求

1.采购人验收根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履行验收管理工作的通知》(巴财采〔2021〕21号)的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收进行验收。