

采购需求

(一) 采购内容及其数量

序号	采购内容	是否核心产品	数量	单位	所属行业	备注
1	AED 除颤器	是	15	台	工业	

(二) 技术和参数要求

序号	名称	数量	单位	参数
1	AED 除颤器	15	台	1. 机器自身具备便携把手，便于携带。重量$\leq 2.6\text{kg}$（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 2. 提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 3. 配置≥ 7英寸彩屏，屏幕分辨率$\geq 780 \times 480$，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR）等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 4. 智能环境降噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。（交货时提供所投产品的说明书佐证）。 5. 除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 6. 能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J。（交货时提供所投产品的说明书佐证） 7. 支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 8. 具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 9. 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于 999 份自检报告。 10. 数据导出：支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。（交货时提供说明书佐证） 11. 单副电极片出厂有效期≥ 60个月。

				12. 为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量≤3 个(包括功能按键和非实体按键)（交货时提供主机实物图照片或使用说明书证明材料）
--	--	--	--	---

（三）商务要求

1.交货时间及地点

（1）交货时间:合同签订后 20 天内完成。

（2）交货地点:采购人指定地点。

2.报价要求

此项目报价应是最终验收合格后的总价，其总价即为履行合同的固定价格。包括相关内容运输、安装、检验、相关税金等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中。

3.售后服务要求：

3.1 供应商需在质保期内提供免费维护管理服务。

3.2 供应商需为采购人免费提供产品安装及培训服务。

3.3 产品质量售后：产品使用时，出现质量问题，采购人做好记录并通知供应商，供应商应在 1 小时内响应，4 小时内到场，24 小时内解决问题。

4.包装及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

5.付款方式:

签订合同后 5 个工作日内预付合同总价款的 40%，交货完成并验收通过后 5 个工作日内支付合同总价款余下的 60%。

四、验收要求

1.采购人验收根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)和《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履行验收管理工作的通知》(巴财采〔2021〕21号)的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收进行验收。

